

Brusel 5. února 2015
(OR. en)

5852/15
ADD 1

ENV 35
MI 60
DELECT 13

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	30. ledna 2015
Příjemce:	Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	C(2015) 386 final - Annex 1
Předmět:	PŘÍLOHA směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání

Delegace naleznou v příloze dokument C(2015) 386 final - Annex 1.

Příloha: C(2015) 386 final - Annex 1



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 30.1.2015
C(2015) 386 final

ANNEX 1

PŘÍLOHA

směrnice Komise v přenesené pravomoci,

**kteou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuťi v
systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání**

PŘÍLOHA

směrnice Komise v přenesené pravomoci,

**kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití rtuti v
systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání**

V příloze IV směrnice 2011/65/EU se doplňuje nový bod, který zní:

„42. Rtuť v otáčecích elektrických konektorech používaných v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání schopných pracovních režimů s vysokou provozní frekvencí (> 50Mhz).

Platí do 30. června 2019.“