



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 21 novembre 2018
(OR. en)

14561/18
ADD 1

ENV 798
MI 871
DELECT 154

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 novembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 7505 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATO della direttiva delegata della Commissione che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 7505 final - Annex.

All.: C(2018) 7505 final - Annex



Bruxelles, 16.11.2018
C(2018) 7505 final

ANNEX

ALLEGATO

della

direttiva delegata della Commissione

che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti

ALLEGATO

Nell'allegato III, la voce 18 b) è sostituita dalla seguente:

"18 b)	Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb)	Scade il: <ul style="list-style-type: none">– 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;– 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;– 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;– 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.
18 b)-I	Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia	Si applica alle categorie 5 e 8, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell'allegato IV, e scade il 21 luglio 2021."