

Brusel 16. května 2022  
(OR. en)

9101/22  
ADD 1

ENV 433  
MI 390  
DELECT 81

## PRŮVODNÍ POZNÁMKA

---

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	12. května 2022
Příjemce:	Generální sekretariát Rady
Č. dok. Komise:	C(2022) 3041 final - Annex
Předmět:	PŘÍLOHA směrnice Komise v přenesené pravomoci, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v některých zařízeních pro snímkování pomocí magnetické rezonance

---

Delegace naleznou v příloze dokument C(2022) 3041 final - Annex.

---

Příloha: C(2022) 3041 final - Annex



V Bruselu dne 12.5.2022  
C(2022) 3041 final

ANNEX

## **PŘÍLOHA**

**směrnice Komise v přenesené pravomoci,**

**kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV  
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití  
olova v některých zařízeních pro snímkování pomocí magnetické rezonance**

## PŘÍLOHA

V příloze IV směrnice 2011/65/EU se v položce 27 doplňují nová písmena, která znějí:

	<p>„c) v neintegrováných cívkách pro MRI, pro něž bylo prohlášení o shodě daného modelu poprvé vydáno před dnem [Úřad pro publikace: datum vyhlášení směrnice v přenesené pravomoci v Úředním věstníku + 1 den], nebo</p> <p>d) v zařízeních pro MRI včetně integrovaných cívek používaných v magnetickém poli v okruhu 1 m kolem isocentra magnetu, který je součástí vybavení pro snímkování pomocí magnetické rezonance pro lékařské účely, pro něž bylo prohlášení o shodě poprvé vydáno před dnem 30. června 2024.</p> <p>Platí do 30. června 2027.“</p>
--	---