



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 16. maj 2022
(OR. en)

9101/22
ADD 1

ENV 433
MI 390
DELECT 81

FØLGESKRIVELSE

fra:	Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	12. maj 2022
til:	Generalsekretariatet for Rådet

Komm. dok. nr.:	C(2022) 3041 final - Annex
Vedr.:	BILAG til Kommissionens delegerede direktiv om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelse af bly i visse MRI-apparater

Hermed følger til delegationerne dokument C(2022) 3041 final - Annex.

Bilag: C(2022) 3041 final - Annex



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 12.5.2022
C(2022) 3041 final

ANNEX

BILAG

til

Kommissionens delegerede direktiv

om ændring, med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling, af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for anvendelse af bly i visse MRI-apparater

BILAG

I bilag IV til direktiv 2011/65/EU indsættes følgende i punkt 27 som litra c) og d):

	<p>"c) ikkeintegrerede MRI-spoler, for hvilke overensstemmelseserklæringen for den pågældende model er udstedt første gang inden den [Publikationskontoret: indsæt venligst datoen for offentliggørelsen af det delegerede direktiv i Den Europæiske Unions Tidende + 1 dag], eller</p> <p>d) MRI-apparater med integrerede spoler, der anvendes i magnetfelter inden for en kugle af 1 meters radius med centrum i magnetens isocenter i udstyr til medicinsk magnetisk resonans-billeddannelse, for hvilket overensstemmelseserklæringen er udstedt første gang inden den 30. juni 2024.</p> <p>Udløber den 30. juni 2027."</p>
--	---