

Brussell, 16 ta' Mejju 2022
(OR. en)

9101/22
ADD 1

ENV 433
MI 390
DELECT 81

NOTA TA' TRAZMISSJONI

minn:	Is-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, iffirmata mis-Sa Martine DEPREZ, Direttur
data meta waslet:	12 ta' Mejju 2022
lil:	Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
Nru dok. Cion:	C(2022) 3041 final - Annex
Suġġett:	ANNEXS għad-Direttiva ta' Delega tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għall-użu taċ-ċomb u l-komposti tiegħu f'ċerti apparati tal-immaġni bir-riżonanza manjetika

Id-delegazzjonijiet għandhom isibu meħmuż id-dokument C(2022) 3041 final - Annex.

Mehmuż: C(2022) 3041 final - Annex



IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 12.5.2022
C(2022) 3041 final

ANNEX

ANNEX

ghad-

Direttiva ta' Delega tal-Kummissjoni

li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għall-użu taċ-ċomb u l-komposti tiegħu f'ċerti apparati tal-immaġni bir-riżonanza manjetika

ANNEX

Fl-entrata 27 tal-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE, jizdiedu l-punti (c) u (d) li ġejjin:

	<p>(C) kojls għall-MRI mhux integrati, li d-Dikjarazzjoni ta' Konformità tagħhom għal dan il-mudell tinħareġ għall-ewwel darba qabel [Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet: id-data tal-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tad-Direttiva Delegata + jum wieħed (1)], jew</p> <p>(d) strumenti għall-MRI li jinkludu kojls integrati, li jintużaw f'kampji manjetici fl-isfera ta' raġġ ta' 1 m madwar l-isoċentru tal-kalamita fit-tagħmir mediku għar-reżonanza manjetika, li d-Dikjarazzjoni ta' Konformità tagħhom tinħareġ għall-ewwel darba qabel it-30 ta' Ġunju 2024.</p> <p>Jiskadi fit-30 ta' Ġunju 2027.”</p>
--	---