



Raad van de
Europese Unie

**Brussel, 16 mei 2022
(OR. en)**

**9101/22
ADD 1**

**ENV 433
MI 390
DELECT 81**

BEGELEIDENDE NOTA

van:	de secretaris-generaal van de Europese Commissie, ondertekend door mevrouw Martine DEPREZ, directeur
ingekomen:	12 mei 2022
aan:	de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie
nr. Comdoc.:	C(2022) 3041 final - BIJLAGE
Betreft:	BIJLAGE bij Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor het gebruik van lood in bepaalde apparaten voor magnetischeresonantiebeeldvorming

Hierbij gaat voor de delegaties document C(2022) 3041 final - BIJLAGE.

Bijlage: C(2022) 3041 final - BIJLAGE



Brussel, 12.5.2022
C(2022) 3041 final

ANNEX

BIJLAGE

bij

Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie

tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor het gebruik van lood in bepaalde apparaten voor magnetischeresonantiebeeldvorming

BIJLAGE

Aan vermelding 27 in bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU worden de volgende punten c) en d) toegevoegd:

	<p>“c) niet-geïntegreerde MRI-spoelen, waarvoor de conformiteitsverklaring voor dit model voor het eerst is afgegeven vóór [PB: datum van de bekendmaking van de gedelegeerde richtlijn in het Publicatieblad + 1 dag], of</p> <p>d) MRI-apparaten met geïntegreerde spoelen, die worden gebruikt in magnetische velden binnen een straal van 1 m rond het isocentrum van de magneet in medische apparatuur voor magnetischeresonantiebeeldvorming, waarvoor de conformiteitsverklaring voor het eerst is afgegeven vóór 30 juni 2024.</p> <p>Vervalt op 30 juni 2027.”.</p>
--	--