



Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 16 maja 2022 r.
(OR. en)

9101/22
ADD 1

ENV 433
MI 390
DELECT 81

PISMO PRZEWODNIE

Od: Sekretarz generalna Komisji Europejskiej (podpisała dyrektor Martine DEPREZ)

Data otrzymania: 12 maja 2022 r.

Do: Sekretarz generalny Rady Unii Europejskiej

Nr dok. Kom.: C(2022) 3041 final - Annex

Dotyczy: ZAŁĄCZNIK do dyrektywy delegowanej Komisji zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania ołowiu w niektórych urządzeniach do obrazowania rezonansem magnetycznym

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2022) 3041 final - Annex.

Zał.: C(2022) 3041 final - Annex



KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 12.5.2022 r.
C(2022) 3041 final

ANNEX

ZAŁĄCZNIK

do

dyrektywy delegowanej Komisji

zmieniającej, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego stosowania ołowiu w niektórych urządzeniach do obrazowania rezonansem magnetycznym

ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do dyrektywy 2011/65/UE w pozycji 27 dodaje się lit. c) i d) w brzmieniu:

	<p>c) niewbudowane cewki MRI, dla których deklarację zgodności danego modelu wydano po raz pierwszy przed dniem [Urząd Publikacji: data publikacji dyrektywy delegowanej w Dzienniku Urzędowym +1 dzień], lub</p> <p>d) urządzenia MRI zawierające wbudowane cewki, stosowane w polach magnetycznych w promieniu 1 m od izocentrum magnesu w sprzęcie medycznym do obrazowania rezonansem magnetycznym, dla których deklarację zgodności wydano po raz pierwszy przed dniem 30 czerwca 2024 r.</p> <p>Wygasa dnia 30 czerwca 2027 r.”</p>
--	---