



Rada
Európskej únie

V Bruseli 16. mája 2022
(OR. en)

9101/22
ADD 1

ENV 433
MI 390
DELECT 81

SPRIEVODNÁ POZNÁMKA

Od:	Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky Európskej komisie
Dátum doručenia:	12. mája 2022
Komu:	Generálny sekretariát Rady
Č. dok. Kom.:	C(2022) 3041 final - Annex
Predmet:	PRÍLOHA k delegovanej smernici Komisie, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa používania olova v určitých prístrojoch na snímanie pomocou magnetickej rezonancie

Delegáciám v prílohe zasielame dokument C(2022) 3041 final - Annex.

Príloha: C(2022) 3041 final - Annex



V Bruseli 12. 5. 2022
C(2022) 3041 final

ANNEX

PRÍLOHA

k

delegovanej smernici Komisie,

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa používania olova v určitých prístrojoch na snímanie pomocou magnetickej rezonancie

PRÍLOHA

V prílohe IV k smernici 2011/65/EÚ sa v položke 27 dopĺňajú tieto písmená c) a d):

	<p>„c) v neintegrovaných cievkach v prístrojoch MRI, v prípade ktorých bolo vydané vyhlásenie o zhode tohto modelu po prvýkrát pred [Úrad pre publikácie: dátum uverejnenia delegovanej smernice v úradnom vestníku + 1 deň], alebo</p> <p>d) v prístrojoch MRI s integrovanými cievkami, ktoré sa používajú v magnetickom poli v okruhu 1 m od izocentra magnetu, ktorý je súčasťou zdravotníckych prístrojov na snímanie pomocou magnetickej rezonancie, a v prípade ktorých bolo po prvýkrát pred 30. júnom 2024 vydané vyhlásenie o zhode.</p> <p>Platí do 30. júna 2027.“</p>
--	--