



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 16 maj 2022
(OR. en)

9101/22
ADD 1

ENV 433
MI 390
DELECT 81

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	12 maj 2022
till:	Rådets generalsekretariat
Komm. dok. nr:	C(2022) 3041 final - Annex
Ärende:	BILAGA till kommissionens delegerade direktiv om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användning av bly i vissa produkter för magnetisk resonanstomografi

För delegationerna bifogas dokument – C(2022) 3041 final - Annex.

Bilaga: C(2022) 3041 final - Annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 12.5.2022
C(2022) 3041 final

ANNEX

BILAGA

till

kommissionens delegerade direktiv

om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användning av bly i vissa produkter för magnetisk resonanstomografi

BILAGA

I bilaga IV till direktiv 2011/65/EU ska i post 27 följande led lägga till som leden c och d:

	<p>”c) icke-integrerade MRT-spolar, för vilka försäkran om överensstämmelse för denna modell utfärdas för första gången före den [Publikationsbyrå: dag för offentliggörande av det delegerade direktivet i <i>Europeiska unionens officiella tidning</i> + 1 dag], eller</p> <p>d) MRT-produkter med integrerade spolar, som används i magnetiska fält inom en sfär med 1 m radie runt magnetens isocenter i medicinsk MRT-utrustning, för vilka försäkran om överensstämmelse utfärdas för första gången före den 30 juni 2024.</p> <p>Undantaget löper ut den 30 juni 2027.”</p>
--	---